

设备参数表

1. 基本信息		
名称	数量	设备用途
后装施源器	3	用于钴源后装放射治疗
2. 功能描述		
2.1	用于钴源后装治疗，能够满足二维后装治疗需要	
2.2		
2.3		
3. 技术参数		
3.1	宫腔管，倾角 0° 、 15° 、 30° 、 45° ，管径 $\Phi 5.5\text{mm}$ 。	
3.2	宫腔管定位块。	
3.3	无屏蔽穹窿球 $\Phi 20 \times 30$ 、 $\Phi 25 \times 30$ 、 $\Phi 30 \times 30$ 。	
3.4		
3.5		
3.6		
4. 配置要求		
4.1	宫腔管每种倾角各1个	
4.2	宫腔管定位块2个	
4.2	无屏蔽穹窿球各2个	

注：

1. 技术参数中标注“*”号的为关键技术参数。功能描述为必填。
2. 商务条款由医院统一要求，如由特殊要求请填写。